GIBERTINI

CENT - 2

laboratory balances

industrial scales



instruments for paint

oenological equipments

digital tensiometer

calibrated masses

customer care
info@gibertini.com
Tel. (++39) 02 3541434

GIBERTINI ELETTRONICA SRL
Via Bellini, 37
20026 Novate Milanese
(Milano) - ITALY
Tel. (++39) 02 3541434
Fax (++39) 02 3541438
sales@gibertini.com

www.gibertini.com

ISO 9001:2015

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 094 RMP N° 094

Il Centro ACCREDIA LAT n. 094 è accreditato per tarature di bilance e di microdosatori.
Il Centro ACCREDIA RMP n. 094 è accreditato come produttore di materiali di riferimento (soluzioni idroalcoliche). Per i dettagli consultare le tabelle di accreditamento su www.accredia.it.

ACCREDIA LAT Center n. 094 is accredited for balances and microdosimeters calibration.
ACCREDIA RMP Center n. 094 is accredited as reference material producer (hydroalcoholic solutions).
For details consult the accreditation tables on www.accredia.it.

BILANCE TECNICHE – SERIE CENT-2
A COMPENSAZIONE MAGNETICA

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

- Display grafico di grandi dimensioni con funzioni guidate di facile utilizzo.
- Lettura in grammi con cifre decimali ridotte e numerose altre unità di misura selezionabili
- Bar graph con visualizzazione della percentuale di fondo scala utilizzata
- Contapezzi di pezzi omogenei
- Calcolo della percentuale
- Deviazione standard
- Densità dei solidi/liquidi
- Selezione della lingua display italiano/inglese
- Autocalibrazione ogni 3 ore oppure al variare della temperatura e/o calibrazione con massa esterna (vedi tabella in calce)
- Indicazione del raggiungimento peso stabile
- Tempo di risposta selezionabile veloce/lento (vedi tabella in calce)
- Accesso per pesate sotto il piano della bilancia (per il modello 10000 solo su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

- Uscita seriale: RS232 I/O configurabile
- Temperatura di funzionamento: 10°÷ 40°C (ottimale 15°÷ 30°C)
- Alimentazione: 100 ÷ 240 VAC
- Assorbimento: 200 mA
- Dimensioni Totali (L x P x H): 215 x 355 x 110 mm
- Peso netto: 5,2 kg

A RICHIESTA

- Dispositivo per la determinazione della densità di solidi e liquidi
- Comandi a distanza per l'azionamento del segnale di stampa, tara, ecc.
- Esecuzioni con portate speciali
- Stampante: DP24T-SER; software SCALE COMM

Modello	***Portata g***	***Divisione g***	***Linearità g***	***Ripetibilità g***	***Tempo di risposta***	***Piatto mm***	***Massa di calibrazione***
CENT2/203	210	0.001	± 0.002	± 0.001	2/3 sec.	Ø 110	Esterna
CENT2/2000	2200	0.01	± 0.01	± 0.01	2/3 sec.	160x160	Esterna
CENT2/2000 PT	2200	0.01	± 0.01	± 0.01	2/3 sec	Ø 150	Esterna
CENT2/2000CAL	2200	0.01	± 0.01	± 0.01	2/3 sec.	160x160	Interna
CENT2/2000CAL PT	2200	0.01	± 0.01	± 0.01	2/3 sec	Ø 150	Interna
CENT2/4000	4200	0.01	± 0.02	± 0.01	2/3 sec.	160x160	Esterna
CENT2/4000 PT	4200	0,01	± 0.02	± 0.01	2/3 sec.	Ø 150	Esterna
CENT2/4000CAL	4200	0.01	± 0.02	± 0.01	2/3 sec.	160x160	Interna
CENT2/4000CAL PT	4200	0.01	± 0.02	± 0.01	2/3 sec.	Ø 150	Interna
CENT2/6000	6300	0.1	± 0.1	± 0.05	2/3 sec.	Ø 190	Esterna
CENT2/6000CAL	6300	0.1	± 0.1	± 0.05	2/3 sec.	Ø 190	Interna
CENT2/6000HR	6300	0.01	± 0.02	± 0.01	2/3 sec.	Ø 150	Esterna
CENT2/10000	10200	0.1	± 0.1	± 0.05	2/3 sec.	Ø 190	Esterna

Caratteristiche non impegnative; possono variare senza preavviso.
Strumenti destinati ad esclusivo uso scientifico e/o per controllo interno di fabbrica e non devono essere utilizzati in ambienti con pericolo d'esplosione.
E' vietato l'uso nei casi previsti dall'art. 1, punto 2, lettera a) Direttiva CE 2014/31/UE eccetto per i modelli nella versione approvata CE (metrologia legale).
Le bilance elettroniche sono sensibili alle variazioni di accelerazione della gravità; le stesse devono essere tarate nel luogo di utilizzo (2014/31/UE.
Tutti i nostri strumenti sono conformi alla Direttiva CE 2014/30 UE (compatibilità elettromagnetica). *Novembre **2021***